

## FICHA TÉCNICA

**CODIGO DEL PRODUCTO** OPOS19L

**NOMBRE DEL PRODUCTO** CAPUCHÓN

**MARCA** AMO

**PROCEDENCIA** U.S.A.

### DESCRIPCIÓN

- CAPUCHÓN Y CAMARA DE PRUEBA LAMINAR FLOW PARA PUNTA FACOEMULSIFICACION.
- MEDIDA 19GA (INCISIÓN DE 2.75 – 3.0 MM)
- REESTERILIZABLE (FACTIBLE ESTERILIZAR HASTA 20 VECES).

### IMAGEN

